

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
 www.eurofins.pl

PROMO-PAK Dagmara Tomczak
 ul. Piątkowska 83i
 95-100 Zgierz
 POLSKA

Data raportu 15.12.2020

Raport analityczny AR-20-ST-157930-01

Numer próbki 720-2020-00250456

x Rodzaj próbki	Maska medyczna z filtrem MeltBlown
x Wysyłający próbkę	PROMO-PAK Dagmara Tomczak
x Zlecający badania	PROMO-PAK Dagmara Tomczak
x Data zlecenia klienta	01.12.2020
x Numer zlecenia	01/12/2020/ PROMOPAK
Data przyjęcia próbki	03.12.2020
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
x Data pobrania próbki	01.12.2020
x Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	zgodnie z planem pobierania próbek
x Cel badania	spełnienie wymagań prawnych
x Opakowanie	Worek foliowy - zgrzew
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	07.12.2020
Data zakończenia badania	10.12.2020

Wyniki badań

YLX1M Ciśnienie odporności na zachłapanie (A)

Metoda ISO 22609:2004, Ocena wizualna

Badania zostały wykonane przez Eurofins Textile Testing (Elche), nr akredytacji 1289/LE2439

Liczba odrzuconych wzorów	1
Liczba prób, która przeszła pozytywnie test	31
Liczba przetestowanych prób	32
Wynik	pass

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta

PODSUMOWANIE

Szczegółowe wyniki znajdują się w raporcie AR-20-YL-008576-01.

Natalia Papaja-Liczbberska

Zatwierdzający: Natalia Papaja-Liczbberska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.